放射能測定器による測定結果

2026年（令和8年）9月分

測定日		測定試料名	内容量 （kg または ℓ）	生産地	全セシウム濃度 （Bq／Kg）	測定結果
9/1	火	かりんとう	0.115	国内	N.D.	
9/2	水	サラダマカロニ	0.150	カナダ	N.D.	
9/2	水	煮干魚介類	0.050	県外	N.D.	
9/7	月	わたらい茶	0.490	三重県	18.1±2.62	基準値以下
9/7	月	コーヒー	0.240	ベトナムほか	N.D.	
9/8	火	マシュマロ	0.110	アメリカ	N.D.	
9/8	火	パイミン	0.180	フィリピンほか	N.D.	
9/9	水	黒豆	0.500	北海道	N.D.	
9/9	水	小豆	0.300	北海道	N.D.	
9/14	月	食塩	0.500	日本海近郊	N.D.	
9/14	月	食塩（五島灘）	0.500	長崎県ほか	N.D.	
9/15	火	梅干し	0.140	紀州産	N.D.	
9/15	火	煎り玄米（粉）	0.080	神奈川県藤沢市	N.D.	
9/16	水	しぼり豆（大豆）	0.100	神奈川県藤沢市	N.D.	
9/16	水	ぜんざい	0.140	北海道ほか	N.D.	
9/28	月	海水	0.620	片瀬海岸西浜	N.D.	
9/28	月	みかん（シロップ漬け）	0.090	静岡県	N.D.	
9/29	火	海岸の砂	0.590	片瀬海岸西浜	N.D.	
9/30	水	牛乳	1.000	北海道	N.D.	
9/30	水	れんこん	0.240	茨城県	N.D.	

※検査機器：ｷｬﾝﾍﾞﾗ社製OSPREY-DTB型NAI検出器
　この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定（21600秒）して、できるだけ精度の高い測定をしています。
　測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。
※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。
※わたらい茶：1986年度（昭和61年度）に採取したものを協議会で定期測定しています。
※ND：放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。
※土壌中の基準値：2013年（平成25年）2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。（生産物等で制限がかけられているため）
※2014年（平成26年）7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。