放射能測定器による測定結果

2026年（令和8年）10月分

測定日		測定試料名	内容量 （kg または ℓ）	生産地	全セシウム濃度 （Bq／Kg）	測定結果
10/5	月	わたらい茶	0.490	三重県	18.8±2.71	基準値以下
10/5	月	マカロニ	0.160	カナダ	N.D.	
10/6	火	精米	0.300	栃木県	N.D.	
10/6	火	レギュラーコーヒー（豆）	0.150	エチオピアほか	N.D.	
10/7	水	さつま芋	0.340	神奈川県	N.D.	
10/7	水	味付け油揚げ	0.100	国内	N.D.	
10/13	火	雨水①	0.570	神奈川県逗子市	N.D.	
10/13	火	玄米加工品	0.100	国内	N.D.	
10/14	水	雨水②	0.520	神奈川県逗子市	N.D.	
10/14	水	ナッツ加工品（アーモンド、カシューナ	0.166	インド	N.D.	
10/19	月	小豆	0.200	北海道	N.D.	
10/20	火	しその実	0.060	藤沢市大庭	N.D.	
10/20	火	ドライピーマン	0.030	茨城県つくば市	N.D.	
10/21	水	切り干し大根	0.050	茨城県つくば市	N.D.	
10/21	水	ビスケット	0.070	国内	N.D.	
10/26	月	落花生	0.270	藤沢市獺郷（自己所有）	N.D.	
10/26	月	海岸の砂	0.750	片瀬海岸西浜	N.D.	
10/27	火	海水	0.620	片瀬海岸西浜	N.D.	
10/28	水	牛乳	1.000	北海道	N.D.	
10/28	水	かぼちゃ	0.230	藤沢市天神町	N.D.	

※検査機器：ｷｬﾝﾍﾞﾗ社製OSPREY-DTB型NAI検出器
　この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定（21600秒）して、できるだけ精度の高い測定をしています。
　測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。
※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。
※わたらい茶：1986年度（昭和61年度）に採取したものを協議会で定期測定しています。
※ND：放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。
※土壌中の基準値：2013年（平成25年）2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。（生産物等で制限がかけられているため）
※2014年（平成26年）7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。