

## 放射能測定器による測定結果

2024年(令和6年)4月分

| 測定日  |   | 測定試料名     | 内容量<br>(kg または l) | 生産地         | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|------|---|-----------|-------------------|-------------|--------------------|-------|
| 4/1  | 月 | わたらい茶     | 0.490             | 三重県         | 18.6±3.18          | 基準値以下 |
| 4/1  | 月 | 高麗人参ひげ根   | 0.040             | 茨城県つくば市     | N.D.               |       |
| 4/2  | 火 | 鯖節削り      | 0.030             | 千葉県         | N.D.               |       |
| 4/2  | 火 | 米         | 0.450             | 新潟県魚沼       | N.D.               |       |
| 4/3  | 水 | 畑の土(榎戸畑)  | 0.730             | 藤沢市打戻(自己所有) | 7.86±1.19          |       |
| 4/3  | 水 | 畑の土(小屋畑)  | 0.920             | 藤沢市瀬郷(自己所有) | 13.8±1.84          |       |
| 4/8  | 月 | 畑の土(宮台畑)  | 0.890             | 藤沢市打戻(自己所有) | 8.61±1.22          |       |
| 4/8  | 月 | 煎茶        | 0.176             | 静岡県         | N.D.               |       |
| 4/9  | 火 | 抹茶入り玄米茶   | 0.200             | 国内産         | N.D.               |       |
| 4/9  | 火 | 混合削りぶし    | 0.120             | 鹿児島県ほか      | N.D.               |       |
| 4/10 | 水 | はっさく      | 0.480             | 和歌山県和歌山市    | N.D.               |       |
| 4/10 | 水 | れんこん      | 0.200             | 茨城県土浦市      | N.D.               |       |
| 4/15 | 月 | コーヒー      | 0.280             | タンザニアほか     | N.D.               |       |
| 4/15 | 月 | たけのこ      | 0.430             | 藤沢市瀬郷(自己所有) | N.D.               |       |
| 4/16 | 火 | 甘夏(外皮含)   | 0.590             | 綾瀬市上土棚      | N.D.               |       |
| 4/16 | 火 | はっさく(外皮含) | 0.470             | 神奈川県        | N.D.               |       |
| 4/17 | 水 | 雨水        | 0.460             | 神奈川県逗子市     | N.D.               |       |
| 4/17 | 水 | ブロッコリー    | 0.220             | 熊本県         | N.D.               |       |
| 4/22 | 月 | 海水        | 0.520             | 片瀬海岸西浜      | N.D.               |       |
| 4/22 | 月 | 海岸の砂      | 0.740             | 片瀬海岸西浜      | 1.40±0.588         |       |
| 4/23 | 火 | 牛乳        | 1.000             | 北海道         | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2024年(令和6年)5月分

| 測定日  |   | 測定試料名       | 内容量<br>(kg または l) | 生産地      | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|------|---|-------------|-------------------|----------|--------------------|-------|
| 5/7  | 火 | 長芋          | 0.360             | 北海道      | N.D.               |       |
| 5/7  | 火 | 千切り大根       | 0.100             | 宮崎県      | N.D.               |       |
| 5/8  | 水 | ふきのとう       | 0.056             | 群馬県沼田市   | N.D.               |       |
| 5/8  | 水 | 金時豆         | 0.350             | 群馬県利根町   | 5.11±1.31          | 基準値以下 |
| 5/13 | 月 | わたらい茶       | 0.490             | 三重県      | 20.1±2.80          | 基準値以下 |
| 5/13 | 月 | フキ          | 0.320             | 藤沢市内     | N.D.               |       |
| 5/14 | 火 | 安納芋         | 0.530             | 鹿児島県西之表市 | N.D.               |       |
| 5/14 | 火 | かりんとう       | 0.260             | タイほか     | N.D.               |       |
| 5/15 | 水 | ホットケーキミックス  | 0.600             | 北アメリカ    | N.D.               |       |
| 5/15 | 水 | 緑豆はるさめ      | 0.100             | 中国       | N.D.               |       |
| 5/20 | 月 | 煎り黒大豆       | 0.114             | 国産       | N.D.               |       |
| 5/20 | 月 | 豆菓子         | 0.126             | アメリカほか   | N.D.               |       |
| 5/21 | 火 | 雨水          | 0.540             | 神奈川県逗子市  | N.D.               |       |
| 5/21 | 火 | どくだみ(泥、根つき) | 0.260             | 藤沢市大庭    | 12.4±2.21          | 基準値以下 |
| 5/22 | 水 | ぶなしめじ       | 0.140             | 新潟県      | N.D.               |       |
| 5/22 | 水 | ピーマン        | 0.200             | 鹿児島県     | N.D.               |       |
| 5/27 | 月 | じゃがいも       | 0.330             | 鹿児島県徳之島  | N.D.               |       |
| 5/27 | 月 | 海岸の砂        | 0.720             | 片瀬海岸西浜   | 1.68±0.387         |       |
| 5/28 | 火 | 海水          | 0.960             | 片瀬海岸西浜   | N.D.               |       |
| 5/28 | 火 | 竹の子         | 0.290             | 藤沢市湘南台   | N.D.               |       |
| 5/29 | 水 | 牛乳          | 1.000             | 北海道      | N.D.               |       |
| 5/29 | 水 | 緑茶          | 0.180             | 国内       | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2024年(令和6年)6月分

| 測定日  |   | 測定試料名        | 内容量<br>(kg または l) | 生産地      | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|------|---|--------------|-------------------|----------|--------------------|-------|
| 6/3  | 月 | 雨水①          | 0.480             | 神奈川県逗子市  | N.D.               |       |
| 6/3  | 月 | わたらい茶        | 0.490             | 三重県      | 17.1±7.15          | 基準値以下 |
| 6/4  | 火 | カット野菜        | 0.290             | 栃木県ほか    | N.D.               |       |
| 6/4  | 火 | 神奈川県産ティーパック  | 0.128             | 神奈川県足柄上郡 | N.D.               |       |
| 6/5  | 水 | 雨水②          | 0.520             | 神奈川県逗子市  | N.D.               |       |
| 6/5  | 水 | チョコレート       | 0.150             | アメリカほか   | N.D.               |       |
| 6/10 | 月 | くるみ(殻なし)     | 0.200             | ギリシャ     | N.D.               |       |
| 6/10 | 月 | 葛きり          | 0.160             | 北海道      | N.D.               |       |
| 6/11 | 火 | オートミール(加工穀物) | 0.300             | オーストラリア  | N.D.               |       |
| 6/12 | 水 | くずきり         | 0.120             | 中国       | N.D.               |       |
| 6/12 | 水 | ピスタチオ(殻付き)   | 0.250             | ギリシャ     | N.D.               |       |
| 6/17 | 月 | たけのこ         | 0.250             | 藤沢市      | N.D.               |       |
| 6/17 | 月 | 黒米           | 0.200             | 藤沢市西俣野   | N.D.               |       |
| 6/18 | 火 | 塩            | 0.500             | 瀬戸内海     | N.D.               |       |
| 6/19 | 水 | 牛乳           | 1.000             | 北海道      | N.D.               |       |
| 6/19 | 水 | しいたけ         | 0.100             | 藤沢市      | N.D.               |       |
| 6/24 | 月 | 海水           | 0.580             | 片瀬海岸西浜   | N.D.               |       |
| 6/24 | 月 | 海岸の砂         | 0.790             | 片瀬海岸西浜   | 2.41±0.625         |       |
| 6/25 | 火 | ピーナッツチョコ     | 0.134             | 東南アジアほか  | N.D.               |       |
| 6/26 | 水 | さつまいもけんぴ     | 0.124             | 九州       | N.D.               |       |
| 6/26 | 水 | ローズマリー       | 0.050             | ギリシャ     | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2024年(令和6年)7月分

| 測定日  |   | 測定試料名        | 内容量<br>(kg または l) | 生産地     | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|------|---|--------------|-------------------|---------|--------------------|-------|
| 7/1  | 月 | わたらい茶        | 0.490             | 三重県     | 15.2±4.89          | 基準値以下 |
| 7/1  | 月 | レモン          | 0.300             | 広島県広島市  | N.D.               |       |
| 7/2  | 火 | ミント          | 0.050             | ギリシャ    | N.D.               |       |
| 7/2  | 火 | きな粉          | 0.150             | 秦野市     | N.D.               |       |
| 7/3  | 水 | 片栗粉          | 0.210             | 北海道     | N.D.               |       |
| 7/3  | 水 | ズッキーニ(へた付き)  | 0.380             | 藤沢市下土棚  | N.D.               |       |
| 7/8  | 月 | 青しそ          | 0.160             | 藤沢市     | N.D.               |       |
| 7/8  | 月 | がごめ昆布(きざみ)   | 0.030             | 北海道     | N.D.               |       |
| 7/9  | 火 | 雨水           | 0.540             | 神奈川県逗子市 | N.D.               |       |
| 7/9  | 火 | 米            | 0.470             | 宮崎県児湯郡  | N.D.               |       |
| 7/10 | 水 | パセリ          | 0.060             | 藤沢市     | N.D.               |       |
| 7/10 | 水 | ピーマン         | 0.220             | 茨城県     | N.D.               |       |
| 7/16 | 火 | みょうが         | 0.100             | 高知県     | N.D.               |       |
| 7/16 | 火 | じゃがいも(皮、土つき) | 0.470             | 神奈川県綾瀬市 | N.D.               |       |
| 7/17 | 水 | 牛乳           | 1.000             | 北海道     | N.D.               |       |
| 7/17 | 水 | 炊き込みご飯の素     | 0.167             | 北海道     | N.D.               |       |
| 7/22 | 月 | 花と野菜の土       | 0.200             | 県外      | N.D.               |       |
| 7/22 | 月 | 小豆           | 0.200             | 北海道十勝   | N.D.               |       |
| 7/23 | 火 | 海水           | 0.510             | 片瀬海岸西浜  | N.D.               |       |
| 7/23 | 火 | 海岸の砂         | 0.730             | 片瀬海岸西浜  | 1.61±0.637         |       |
| 7/24 | 水 | 大正金時         | 0.200             | 北海道十勝   | N.D.               |       |
| 7/24 | 水 | 大豆(ドライパック)   | 0.250             | 北海道     | N.D.               |       |
| 7/29 | 月 | 鶏卵           | 0.370             | 国内      | N.D.               |       |
| 7/29 | 月 | にんにく         | 0.290             | 群馬県昭和村  | N.D.               |       |
| 7/30 | 火 | 雨水           | 0.580             | 神奈川県逗子市 | N.D.               |       |
| 7/30 | 火 | 米            | 0.540             | 宮崎県宮崎市  | N.D.               |       |
| 7/31 | 水 | スイートコーン      | 0.180             | タイ      | N.D.               |       |
| 7/31 | 水 | 大納言          | 0.350             | 群馬県昭和村  | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2024年(令和6年)8月分

| 測定日  |   | 測定試料名       | 内容量<br>(kg または l) | 生産地    | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|------|---|-------------|-------------------|--------|--------------------|-------|
| 8/19 | 月 | わたらい茶       | 0.490             | 三重県    | 20.6±2.92          | 基準値以下 |
| 8/19 | 月 | マカロニ        | 0.160             | アメリカほか | N.D.               |       |
| 8/20 | 火 | 焼菓子(そばぼうろ)  | 0.120             | アメリカほか | N.D.               |       |
| 8/20 | 火 | 焼菓子(みるくぼうろ) | 0.140             | 北海道    | N.D.               |       |
| 8/21 | 水 | ビスケット       | 0.112             | アメリカ   | N.D.               |       |
| 8/21 | 水 | チヂミの粉       | 0.200             | 日本ほか   | N.D.               |       |
| 8/26 | 月 | お好み焼粉       | 0.220             | 静岡県    | N.D.               |       |
| 8/26 | 月 | 煮干し         | 0.080             | 国内     | N.D.               |       |
| 8/27 | 火 | 海水          | 0.610             | 片瀬海岸西浜 | N.D.               |       |
| 8/27 | 火 | 海岸の砂        | 0.840             | 片瀬海岸西浜 | N.D.               |       |
| 8/28 | 水 | 牛乳          | 1.000             | 北海道    | N.D.               |       |
| 8/28 | 水 | そうめん        | 0.450             | 日本ほか   | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2024年(令和6年)9月分

| 測定日  |   | 測定試料名       | 内容量<br>(kg または l) | 生産地     | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|------|---|-------------|-------------------|---------|--------------------|-------|
| 9/2  | 月 | わたらい茶       | 0.490             | 三重県     | 19.4±2.78          | 基準値以下 |
| 9/3  | 火 | しその葉(根付き)   | 0.130             | 藤沢市大庭   | 83.4±15.5          | 基準値以下 |
| 9/3  | 火 | みょうが(葉・根付き) | 0.170             | 藤沢市大庭   | N.D.               |       |
| 9/4  | 水 | 黒豆茶         | 0.500             | 日本      | N.D.               |       |
| 9/4  | 水 | 玄米          | 0.690             | 茨城県つくば市 | N.D.               |       |
| 9/5  | 木 | 緑豆はるさめ      | 0.090             | 中国      | N.D.               |       |
| 9/9  | 月 | ながいも        | 0.260             | 青森県     | N.D.               |       |
| 9/9  | 月 | にがうり        | 0.300             | 群馬県     | N.D.               |       |
| 9/10 | 火 | 切り干し大根      | 0.100             | 宮崎県     | N.D.               |       |
| 9/10 | 火 | えのきたけ(味付)   | 0.220             | 長野県     | N.D.               |       |
| 9/11 | 水 | マカロニ        | 0.200             | トルコ     | N.D.               |       |
| 9/11 | 水 | ペンネ マカロニ    | 0.200             | トルコ     | N.D.               |       |
| 9/17 | 火 | 油菓子(芋けんぴ)   | 0.130             | 九州      | N.D.               |       |
| 9/18 | 水 | 海水          | 0.850             | 片瀬海岸西浜  | N.D.               |       |
| 9/18 | 水 | 海岸の砂        | 1.000             | 片瀬海岸西浜  | 1.62±0.498         |       |
| 9/24 | 火 | 雨水          | 0.510             | 神奈川県逗子市 | N.D.               |       |
| 9/24 | 火 | じゃがいも       | 0.340             | 北海道     | N.D.               |       |
| 9/25 | 水 | 牛乳          | 1.000             | 北海道     | N.D.               |       |
| 9/25 | 水 | ゼリー飲料       | 0.360             | イタリアほか  | N.D.               |       |
| 9/30 | 月 | 混合削り節       | 0.120             | 熊本県ほか   | N.D.               |       |
| 9/30 | 月 | 小豆          | 0.200             | 北海道十勝   | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2024年(令和6年)10月分

| 測定日   |   | 測定試料名            | 内容量<br>(kg または l) | 生産地         | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|-------|---|------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------|
| 10/1  | 火 | 乾燥果実加工品(はっこマンゴー) | 0.300             | タイ          | N.D.               |       |
| 10/2  | 水 | わたらい茶            | 0.490             | 三重県         | 19.3±2.85          | 基準値以下 |
| 10/2  | 水 | 味付け油揚げ           | 0.100             | カナダ         | N.D.               |       |
| 10/7  | 月 | もち精米             | 0.300             | 岩手県         | N.D.               |       |
| 10/7  | 月 | 朝食シリアル           | 0.300             | オーストラリアほか   | N.D.               |       |
| 10/8  | 火 | ふりかけ食品           | 0.160             | 北海道         | N.D.               |       |
| 10/9  | 水 | いりぬか             | 0.500             | 茨城県         | N.D.               |       |
| 10/9  | 水 | 混合削り節            | 0.120             | 熊本県ほか       | N.D.               |       |
| 10/15 | 火 | 落花生              | 0.280             | 藤沢市打戻(自己所有) | N.D.               |       |
| 10/16 | 水 | 測定結果の公表に同意なし     |                   |             |                    |       |
| 10/16 | 水 | 柿の種              | 0.120             | 日本ほか        | N.D.               |       |
| 10/21 | 月 | ビスケット            | 0.150             | 不明          | N.D.               |       |
| 10/21 | 月 | 氷あめ キャンディ        | 0.120             | 不明          | N.D.               |       |
| 10/22 | 火 | ビスケット(チョコレート)    | 0.120             | 不明          | N.D.               |       |
| 10/23 | 水 | 海水               | 0.600             | 片瀬海岸西浜      | N.D.               |       |
| 10/23 | 水 | 海岸の砂             | 0.750             | 片瀬海岸西浜      | N.D.               |       |
| 10/28 | 月 | むき甘栗             | 0.140             | 中国          | N.D.               |       |
| 10/28 | 月 | いりごま(白)          | 0.120             | モザンビークほか    | N.D.               |       |
| 10/29 | 火 | 小豆               | 0.250             | 北海道十勝       | N.D.               |       |
| 10/30 | 水 | 牛乳               | 1.000             | 北海道十勝       | N.D.               |       |
| 10/30 | 水 | 甘納豆              | 0.160             | タイ          | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2024年(令和6年)11月分

| 測定日   |   | 測定試料名            | 内容量<br>(kg または l) | 生産地     | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|-------|---|------------------|-------------------|---------|--------------------|-------|
| 11/5  | 火 | 清涼飲料水(ベビーフード)    | 0.500             | トルコ     | N.D.               |       |
| 11/5  | 火 | シリアル             | 0.600             | アメリカほか  | N.D.               |       |
| 11/6  | 水 | クリームシチュー(ベビーフード) | 0.200             | 日本ほか    | N.D.               |       |
| 11/6  | 水 | だんご粉             | 0.220             | 国内産     | N.D.               |       |
| 11/11 | 月 | 精米               | 0.300             | 佐賀県     | N.D.               |       |
| 11/11 | 月 | 乾わかめ             | 0.080             | 中国      | N.D.               |       |
| 11/12 | 火 | 乾のり              | 0.080             | 国内産     | N.D.               |       |
| 11/12 | 火 | 黒米               | 0.200             | 藤沢市     | N.D.               |       |
| 11/13 | 水 | 切り干し大根           | 0.030             | 神奈川県三浦市 | N.D.               |       |
| 11/13 | 水 | こうや豆腐            | 0.120             | アメリカほか  | N.D.               |       |
| 11/18 | 月 | 無洗米              | 0.150             | 国内産     | N.D.               |       |
| 11/18 | 月 | パスタソース(ボロネーゼ)    | 0.260             | 中国ほか    | N.D.               |       |
| 11/19 | 火 | わたらい茶            | 0.490             | 三重県     | 19.1±2.85          | 基準値以下 |
| 11/19 | 火 | 粳つき玄米            | 0.630             | 藤沢市石川   | N.D.               |       |
| 11/20 | 水 | パスタソース(ガーリック)    | 0.260             | 中国ほか    | N.D.               |       |
| 11/20 | 水 | どくだみ             | 0.540             | 藤沢市石川   | N.D.               |       |
| 11/25 | 月 | 牛乳               | 1.000             | 北海道     | N.D.               |       |
| 11/25 | 月 | たべる小魚            | 0.040             | 富山県富山市  | N.D.               |       |
| 11/26 | 火 | 軟水               | 0.475             | 山梨県     | N.D.               |       |
| 11/26 | 火 | 枯れたみょうがの葉と茎      | 0.150             | 藤沢市大庭   | N.D.               |       |
| 11/27 | 水 | 海水               | 0.600             | 片瀬海岸西浜  | N.D.               |       |
| 11/27 | 水 | 海岸の砂             | 0.700             | 片瀬海岸西浜  | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2024年(令和6年)12月分

| 測定日   |   | 測定試料名      | 内容量<br>(kg または l) | 生産地    | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|-------|---|------------|-------------------|--------|--------------------|-------|
| 12/2  | 月 | 枯れたしその茎と実  | 0.070             | 藤沢市大庭  | N.D.               |       |
| 12/2  | 月 | 人参         | 0.300             | 千葉県    | N.D.               |       |
| 12/3  | 火 | ぶなしめじ      | 0.140             | 新潟県    | N.D.               |       |
| 12/3  | 火 | さつまいも      | 0.390             | 宮崎県児湯郡 | N.D.               |       |
| 12/4  | 水 | わらび水煮      | 0.220             | 国産     | N.D.               |       |
| 12/4  | 水 | おからパウダー    | 0.120             | アメリカ   | N.D.               |       |
| 12/9  | 月 | ゆず         | 0.450             | 藤沢市下土棚 | N.D.               |       |
| 12/9  | 月 | わたらい茶      | 0.490             | 三重県    | 19.2±2.87          | 基準値以下 |
| 12/10 | 火 | みかん        | 0.480             | 藤沢市大庭  | N.D.               |       |
| 12/10 | 火 | ジャスミン茶     | 0.150             | 中国     | N.D.               |       |
| 12/11 | 水 | 牛乳         | 1.000             | 北海道    | N.D.               |       |
| 12/11 | 水 | ゆず         | 0.350             | 藤沢市大庭  | N.D.               |       |
| 12/16 | 月 | 黒ごまきな粉     | 0.120             | 日本     | N.D.               |       |
| 12/16 | 月 | ホットケーキミックス | 0.300             | 日本ほか   | N.D.               |       |
| 12/17 | 火 | しょうが       | 0.500             | 藤沢市西俣野 | N.D.               |       |
| 12/17 | 火 | かぼちゃ       | 0.340             | 藤沢市西俣野 | N.D.               |       |
| 12/18 | 水 | 海水         | 0.620             | 片瀬海岸西浜 | N.D.               |       |
| 12/18 | 水 | 海岸の砂       | 0.710             | 片瀬海岸西浜 | N.D.               |       |
| 12/23 | 月 | さつまいも(泥付き) | 0.630             | 横浜市東俣野 | N.D.               |       |
| 12/23 | 月 | 畑の土        | 0.690             | 横浜市東俣野 | 11.1±1.67          |       |
| 12/24 | 火 | 漁師めし       | 0.050             | 県外     | N.D.               |       |
| 12/24 | 火 | 塩こんぶ       | 0.080             | 県外     | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2025年(令和7年)1月分

| 測定日  |   | 測定試料名   | 内容量<br>(kg または l) | 生産地    | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|------|---|---------|-------------------|--------|--------------------|-------|
| 1/14 | 火 | わたらい茶   | 0.490             | 三重県    | 18.2±2.76          | 基準値以下 |
| 1/14 | 火 | きな粉     | 0.100             | 北海道    | N.D.               |       |
| 1/15 | 水 | ゆず      | 0.330             | つくば市北条 | N.D.               |       |
| 1/15 | 水 | 薄力小麦粉   | 0.700             | アメリカほか | N.D.               |       |
| 1/20 | 月 | こまつな    | 0.220             | 茨城県    | N.D.               |       |
| 1/20 | 月 | カット野菜   | 0.130             | 青森県ほか  | N.D.               |       |
| 1/21 | 火 | かぼちゃ    | 0.220             | 北海道    | N.D.               |       |
| 1/21 | 火 | ぜんざい    | 0.280             | 北海道十勝  | N.D.               |       |
| 1/22 | 水 | 調整ココア   | 0.220             | 西アフリカ  | N.D.               |       |
| 1/22 | 水 | 米粉      | 0.310             | 国内産    | N.D.               |       |
| 1/27 | 月 | 海水      | 0.610             | 片瀬海岸西浜 | N.D.               |       |
| 1/27 | 月 | 海岸の砂    | 0.680             | 片瀬海岸西浜 | N.D.               |       |
| 1/28 | 火 | 抹茶入り玄米茶 | 0.200             | 国内産    | N.D.               |       |
| 1/28 | 火 | 食べる小魚   | 0.110             | 国内産    | N.D.               |       |
| 1/29 | 水 | 牛乳      | 1.000             | 北海道    | N.D.               |       |
| 1/29 | 水 | そばぼうろ   | 0.100             | 国内産    | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

放射能測定器による測定結果

2025年(令和7年)2月分

| 測定日  |   | 測定試料名        | 内容量<br>(kg または l) | 生産地         | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|------|---|--------------|-------------------|-------------|--------------------|-------|
| 2/3  | 月 | レモン          | 0.200             | 和歌山県紀ノ川     | N.D.               |       |
| 2/3  | 月 | 調整ココア        | 0.150             | ブラジル        | N.D.               |       |
| 2/4  | 火 | 金時豆          | 0.270             | 県外          | N.D.               |       |
| 2/4  | 火 | 大豆           | 0.520             | 藤沢市瀬郷(自己所有) | N.D.               |       |
| 2/5  | 水 | 畑の土(学校畑)     | 0.925             | 藤沢市瀬郷(自己所有) | 8.52±1.24          |       |
| 2/5  | 水 | 畑の土(中谷畑)     | 0.970             | 藤沢市瀬郷(自己所有) | 14.9±2.19          |       |
| 2/10 | 月 | わたらい茶        | 0.490             | 三重県         | 18.0±2.73          | 基準値以下 |
| 2/12 | 水 | 梅入りひじきふりかけ   | 0.070             | 県外          | N.D.               |       |
| 2/12 | 水 | 大正金時         | 0.250             | 県外          | N.D.               |       |
| 2/17 | 月 | クラッカー        | 0.082             | 国内産         | N.D.               |       |
| 2/17 | 月 | 焼き菓子(たまごボーロ) | 0.134             | 北海道         | N.D.               |       |
| 2/18 | 火 | えのき茸味付       | 0.200             | 岐阜県         | N.D.               |       |
| 2/18 | 火 | 玄米ごはん        | 0.150             | 新潟県         | N.D.               |       |
| 2/19 | 水 | 牛乳           | 1.000             | 北海道         | N.D.               |       |
| 2/19 | 水 | 豆菓子          | 0.150             | 国内産         | N.D.               |       |
| 2/25 | 火 | バタピー         | 0.135             | 中国          | N.D.               |       |
| 2/25 | 火 | さや付落花生       | 0.300             | 中国          | N.D.               |       |
| 2/26 | 水 | 海水           | 0.620             | 片瀬海岸西浜      | N.D.               |       |
| 2/26 | 水 | 海岸の砂         | 0.700             | 片瀬海岸西浜      | N.D.               |       |

※検査機器:キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器  
この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。  
測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。  
※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。  
※わたらい茶:1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。  
※ND:放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。  
※土壌中の基準値:2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)  
※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。

## 放射能測定器による測定結果

2025年(令和7年)3月分

| 測定日  |   | 測定試料名        | 内容量<br>(kg または ㍓) | 生産地         | 全セシウム濃度<br>(Bq/Kg) | 測定結果  |
|------|---|--------------|-------------------|-------------|--------------------|-------|
| 3/3  | 月 | わたらい茶        | 0.490             | 三重県         | 19.3±2.86          | 基準値以下 |
| 3/3  | 月 | キウイフルーツ(皮つき) | 0.260             | 不明          | N.D.               |       |
| 3/4  | 火 | 花柚子(葉・小枝付)   | 0.180             | 藤沢市長後       | N.D.               |       |
| 3/4  | 火 | りんご(丸ごと全部)   | 0.375             | 青森県         | N.D.               |       |
| 3/5  | 水 | ミネラルウォーター    | 0.500             | トルコ         | N.D.               |       |
| 3/5  | 水 | 米ぬか(藤沢市はるみ米) | 0.158             | 藤沢市西俣野      | N.D.               |       |
| 3/10 | 月 | 清涼飲料水(梨)     | 0.500             | 栃木県         | N.D.               |       |
| 3/10 | 月 | 胚芽押麦         | 0.300             | 国内産         | N.D.               |       |
| 3/11 | 火 | 精米           | 0.300             | 岩手県         | N.D.               |       |
| 3/11 | 火 | ひとくち干し芋      | 0.130             | 静岡県         | N.D.               |       |
| 3/12 | 水 | かたくちいわし      | 0.060             | 国内産         | N.D.               |       |
| 3/12 | 水 | ブルーン         | 0.480             | アメリカ        | N.D.               |       |
| 3/17 | 月 | フルーツ人参       | 0.320             | 福島県白河市      | N.D.               |       |
| 3/17 | 月 | 金時豆          | 0.270             | 県外          | N.D.               |       |
| 3/18 | 火 | 畑の土(中里畑)     | 0.810             | 藤沢市打戻(自己所有) | 9.01±1.32          |       |
| 3/18 | 火 | 畑の土(小屋畑A)    | 1.000             | 藤沢市瀬郷(自己所有) | 10.9±1.61          |       |
| 3/19 | 水 | 畑の土(小屋畑B)    | 0.970             | 藤沢市瀬郷(自己所有) | 8.78±1.35          |       |
| 3/24 | 月 | 米            | 0.450             | 新潟県魚沼       | N.D.               |       |
| 3/24 | 月 | 煎り落花生(殻付き)   | 0.180             | 千葉県         | N.D.               |       |
| 3/25 | 火 | 海水           | 0.600             | 片瀬海岸西浜      | N.D.               |       |
| 3/25 | 火 | 海岸の砂         | 0.720             | 片瀬海岸西浜      | 1.50±0.643         |       |
| 3/26 | 水 | 牛乳           | 1.000             | 北海道         | N.D.               |       |
| 3/26 | 水 | 黒糖           | 0.150             | 沖縄県         | N.D.               |       |
| 3/31 | 月 | 人参(土付き)      | 0.330             | 藤沢市下土棚      | N.D.               |       |
| 3/31 | 月 | マシュマロ        | 0.065             | フィリピン       | N.D.               |       |

※検査機器: キャンベラ社製OSPREY-DTB型NAI検出器

この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定(21600秒)して、できるだけ精度の高い測定をしています。

測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。

※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。

※わたらい茶: 1986年度(昭和61年度)に採取したものを協議会で定期測定しています。

※ND: 放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。

※土壌中の基準値: 2013年(平成25年)2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。(生産物等で制限がかけられているため)

※2014年(平成26年)7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。